

Krasne, 18.04.2018r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr ZO/2018/14 „Stojaki na próbki do ekspozycji na działanie światła w warunkach naturalnych wraz z dodatkowymi akcesoriami” – 3szt.**

**Pytanie: Ad Punkt 1 ZO/2018/14**

**„Prosimy o określenie wielkości eksponowanych próbek w celu sprawdzenia czy oferowany stelaż będzie mógł takie próbki pomieścić”**

**Odpowiedź:**

Standardowa wielkość próbki została podana w punkcie 4 specyfikacji technicznej dołączonej do ZO/2018/14 i wynosi 152\*305 mm.

**Pytanie: Ad Punkt 5 ZO/2018/14**

**„Prosimy o określenie czy regulacja kąta ekspozycji ma odbywać się względem płaszczyzny ziemi, czy płaszczyzny do niej prostopadłej, to jest czy kąt 0 oznacza, że próbka będzie znajdowała się w płaszczyźnie równoległej do ziemi czy prostopadłej do niej”**

**Odpowiedź:**

Kąt 0° jest wówczas, gdy powierzchnia próbek jest równoległa do powierzchni gruntu, prostopadłe ustawienie próbek do powierzchni gruntu odpowiada kątowi 90°.

**Pytanie: Ad Punkt 10 ZO/2018/14**

**„Czy Zamawiający wymagając zabezpieczenia tzw. Strefy porównawczej ma na myśli przesłony zabezpieczające przed promieniowaniem słonecznym czy na przykład przed deszczem”**

**Odpowiedź:**

Pisząc o zabezpieczeniu tzw. strefy porównawczej Zamawiający ma na myśli zabezpieczenie zarówno przed działaniem promieniowania słonecznego, jak i opadów atmosferycznych.

**Pytanie: Ad Punkt 12 ZO/2018/14**

**„Czy ilość dostarczonych płyt włóknisto-cementowych ma odpowiadać maksymalnej powierzchni próbek jaką można zamontować w oferowanych stelażach?”**

**Odpowiedź:**

Tak, ilość dostarczonych płyt włóknisto-cementowych ma odpowiadać maksymalnej ilości próbek w podanym rozmiarze jaką można zamontować na stojaku, przy czym zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w ZO/2018/14 nie mniej niż 100 sztuk o wymiarze 152\*305 mm na każdy stojak.



**Pytanie: Ad Punkt 13 ZO/2018/14**

**„Trwałe zainstalowanie stelaża w gruncie wymaga wykonania pewnych prac budowlanych, w związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej wybranego miejsca instalacji, która umożliwi przygotowanie się do zakresu wykonywanych prac lub dopuszczenie rozwiązania, w którym zaoferowane stelaże będą przystosowane do zamontowania w podstawie przygotowanej przez Zamawiającego”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, „w którym zaoferowane stelaże będą przystosowane do zamontowania w podstawie przygotowanej przez Zamawiającego”.

Miejsce instalacji: Krasne 512B, 36-007 Krasne, na terenie odsłoniętym, gruncie nieutwardzonym.

Dodatkowo istnieje możliwość oględzin miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego.