



Krasne, 16.04.2019r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/28

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej” w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na dostawę do zakładu Zamawiającego

„Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.)

1. Zamawiający

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

E-mail: dotacja2017@greinplast.pl

Adres strony internetowej: www.greinplast.pl

NIP: 813-32-25-363

Regon: 691552684

KRS: 0000014276

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Użyte w Zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

- ✓ „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego.
- ✓ „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt. 3 Zapytania ofertowego.
- ✓ „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Strona 1 z 20



3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca zakup, transport do zakładu Zamawiającego, instalację) fabrycznie nowego sprzętu:

**„Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych
zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.)**

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiotu zamówienia:

1) Konstrukcja i wyposażenie komory klimatycznej

- 1.1) Komora badawcza, w której można prowadzić badania co najmniej na jednej ścianie badawczej o wymiarach: szerokość 3 000 mm x wysokość 2 000 mm (wymiarzy badanej powierzchni)
- 1.2) Obudowa komory wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PU minimum 100mm
- 1.3) Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej.
- 1.4) Urządzenie posadowione na ramie nierdzewnej.
- 1.5) Wnętrze komory z oświetleniem.
- 1.6) Zapewniony odpływ wody po zraszaniu i kondensacji do zbiornika buforowego.
- 1.7) Dostęp do przestrzeni badawczej przez drzwi wyposażone w uszczelkę.
- 1.8) Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych.
- 1.9) System montażu ram z próbkami do komory badawczej zapewniający szczelne połączenie z komorą.
- 1.10) Uszczelki zabezpieczone przed przymarzaniem.
- 1.11) Przepust w ścianie do celów metrologicznych.
- 1.12) Czujniki temperaturowe – 6 szt. i czujnik wilgotnościowy – 1 szt.
- 1.13) Nierdzewny zbiornik buforowy na wodę, obieg wody zamknięty z automatycznym dolewaniem w razie potrzeby.
- 1.14) System natryskowy wykonany ze materiałów nierdzewnych z zabezpieczeniem przed zamarzaniem.
- 1.15) System deszczowni wyposażony w minimum trzy filtry:
 - filtr do wyeliminowania z wody drobin zanieczyszczeń typu piasek, muł, rdza, szlam
 - filtr do odżelaziania, odmanganiania i redukcji siarkowodoru
 - filtr zmiękczający wodę - eliminujący z wody wapń.
- 1.16) Agregat chłodniczy zainstalowany na zewnątrz
(odległość do najbliższej ściany ok. 11m, wysokość hali ok. 7m)

2) Warunki wykonywania badań

Komora ma zapewnić wykonywanie badań co najmniej zgodnie z warunkami określonymi w ETAG 004 (ETAG 004:2013, pkt. 5.1.3.2.1):

2.1) Możliwość realizacji badania w naprzemiennych trybach

- 2.1.1) Temperaturowym: zakres temperatury co najmniej od -20 do +70°C, praca w cyklach
- 2.1.2) Klimatycznym: zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 % do 90 % R.H. w zakresie temperatur co najmniej +10°C do +70°C, w zakresie temperatur punktu rosy co najmniej +5°C do +67°C.
- 2.1.3) Szybkość zmian temperatury oraz utrzymania wilgotności względnej
 - 2.1.3.1) nagrzewanie od +15°C do +70°C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 70°C oraz wilgotności

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne
Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590
Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550
greinplast@greinplast.pl

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczy i Rozwojowy
KRS 0000014276

Strona 2 z 20

www.greinplast.pl



względnej od 10 do 30 % przez 2 h.

2.1.3.2) nagrzewanie od - 20°C do +50°C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 50°C oraz wilgotności względnej max. 30 % przez 7 h.

2.1.3.3) chłodzenie od +50°C do -20°C w ciągu 2 h i utrzymanie temp. -20°C przez 14h

2.2) Zraszanie wodą powinno zapewniać przepływ wody przez dysze w ilości 1 l/m²min z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem.

2.3) Temperatura wody do zraszania od minimum +10°C do przynajmniej +20°C.

3. Parametry utrzymania warunków klimatycznych

3.1) Stabilność utrzymania temperatury w czasie $\pm 5^{\circ}\text{C}$

3.2) Pomiar temperatury z rozdzielczością $\leq 1^{\circ}\text{C}$

3.3) Stabilność utrzymania wilgotności w czasie $\pm 5\%$

3.4) Pomiar wilgotności z rozdzielczością $\leq 1\%$

4. Automatyka sterująca

4.1) Możliwość zaprogramowania cykli grzania i chłodzenia powiązanych z wilgotnością w ramach parametrów komory, możliwość ustawiania ilości cykli;

4.2) Rejestracja ilości wykonanych cykli badawczych (z pamięcią w momencie zaniku zasilnia);

4.3) Rejestracja zmian temperatury w czasie (zapis elektroniczny z możliwością wykonania wykresu);

4.4) Sterowanie ręczne i automatyczne – badanie bez konieczności sprawowania ciągłego nadzoru;

4.5) Nadzorowanie warunków jej pracy,

4.6) Dokumentowanie parametrów badania,

4.7) Komputer klasy PC ze złączem komputerowym umożliwiającym zapis danych

5. Ramiaki pod instalację ściany badawczej

5.1) Ramiaki ze stalowym stelażem przygotowane pod instalację ściany badawczej (ściana badawcza, będzie wykonana z ceramicznych materiałów budowlanych umożliwiających montaż różnego rodzaju systemów ociepleń i wypełniających ramy stalowego stelaża) - 3 szt.

5.2) Ramiaki wyposażone w koła jezdne i chwytaki umożliwiające przetaczanie ścian badawczych z zainstalowanym ociepleniem do komory badawczej i jej przewożenie z wykorzystaniem wózków widłowych.

5.3) Konstrukcja ramiaków powinna zabezpieczać zamontowany materiał ceramiczny przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu w komorze.

6. Warunki odbioru

6.1) Wdrożenie pracowników do obsługi urządzenia.

6.2) Wymagana prawem dokumentacja potwierdzająca możliwość użytkowania komory.

6.3) Świadectwa wzorcowania: czujnika temperatury w komorze, czujnika temperatury wody, czujnika wilgotności powietrza w komorze, czujnika przepływu wody.

6.4) Dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca schematy mechaniczne, elektryczne i specyfikacje materiałowe, instrukcję obsługi i BHP w języku polskim

7. Gwarancja, serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne

7.1) Gwarancja i serwis gwarancyjny

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzelski
Dział Badawczo-Rozwojowy
Rzeszów



W ramach oferty należy zapewnić gwarancję na dostarczone urządzenie wraz z akcesoriami na okres nie krótszy niż 365 dni kalendarzowych w zakresie obejmującym pełne koszty związane z usunięciem usterki. Okres gwarancji tożsamy z okresem rękojmi. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą oficjalną (poczta tradycyjna bądź elektroniczna). Po uprzednim uzasadnieniu przez Wykonawcę termin usunięcia usterki może ulec wydłużeniu.

7.2) Wsparcie techniczne

Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie rozwiązywania problemów związanych z:

- obsługą urządzenia i akcesoriów
- obsługą i działaniem oprogramowania sterującego.

Wsparcie techniczne realizowane w okresie równym 365 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i liczone od momentu zakończenia instalacji, uruchomienia urządzenia i wdrożenia pracowników Zamawiającego do obsługi.

Realizacja wsparcia technicznego obejmuje:

- konsultacje z Wykonawcą realizowane drogą online lub telefonicznie,
- wizyty odpowiedniego technika w Zakładzie Zamawiającego na miejscu montażu urządzenia w przypadku, gdy problem techniczny dotyczący obsługi urządzenia, akcesoriów lub oprogramowania będzie tego wymagać,
- Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wykonanych ze strony Wykonawcy czynności,
- wskazane, aby wsparcie techniczne dostępne było w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00
- gotowość do rozwiązania problemów z obsługą drogą online lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności przyjazdu technika ustalenie harmonogramu wizyty w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego,
- minimum 40 roboczogodzin wsparcia technicznego

3.3. Kod CPV: 38500000-0 (Aparatura kontrolna i badawcza)

3.4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do **180 dni kalendarzowych** liczonych od dnia udzielenia zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy.

3.5. Wykonawca musi zapewnić gwarancję na cały przedmiot zamówienia minimum **365 dni kalendarzowych**, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru.

3.6. Wykonawca musi zapewnić dostawę przedmiotu zamówienia do zakładu Zamawiającego na adres podany w pkt. 1.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

Strona 4 z 20

www.greinplast.pl

OPRACOWANIE
mgr inż. Paweł Pogorzały
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEP



- d) Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3).

- 4.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przedstawi na wezwanie Zamawiającego zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1; pkt.8).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę w celu rozpatrzenia oferty

- 5.1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
- 5.2. Szczegółowe opisy techniczne oferowanego produktu w formie wypełnionego Załącznika nr 2 lub dołączonych katalogów, prospektów lub folderów producenta, sporządzone w języku polskim, pozwalające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
- 5.3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3).
- 5.4. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
- 5.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEIDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisana jest przez pełnomocnika.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie oferty o wymagane wyżej dokumenty w terminie do 2 dni roboczych od wezwania.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- 6.1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Wykonawca przekazuje pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji e-mailem pod warunkiem równoczesnego ich pisemnego potwierdzenia (według danych teleadresowych określonych w pkt. 1). Wykonawca ma obowiązek wskazania w korespondencji numer zapytania ofertowego.
- 6.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 06.05.2019 roku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na zapytania dotyczące części formalnej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 1 oraz Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Treść odpowiedzi powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.
- 6.3. Językiem wykorzystywanym do porozumiewania się jest język polski.



6.4. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Paweł Pogorzelec, tel. +48 /17 77 13 543

Elwira Węglowska, tel. +48/17 77 13 545

Andrzej Gemborys, tel. +48/17 77 13 529

email: dotacja2017@greinplast.pl

7. Kryteria wyboru oferty:

Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:

7.1. **Kryterium „cena” – waga 70%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

$C = [C_{\min}/C_o] \times 100 \times 70\%$, gdzie:

C – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „cena”,

C min – cena netto oferty najtańszej (wyrażona w PLN) ,

C_o – cena netto oferty rozpatrywanej (wyrażona w PLN).

7.2. **Kryterium „gwarancja” – waga 20%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w dniach kalendarzowych.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

$G = [G_o/G_{\max}] \times 100 \times 20\%$, gdzie:

G - liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „gwarancja”,

G_{max} - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w dniach kalendarzowych),

G_o - okres gwarancji z oferty rozpatrywanej (wyrażony w dniach kalendarzowych).

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na całość zamówienia powyżej 1095 dni kalendarzowych nie będzie on dodatkowo punktowany, a do wzoru (G_{max}, G_o) zostanie podstawiony jako 1095 dni kalendarzowych.

7.3. **Kryterium „pobór prądu” – waga 10%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższym „maksymalnym poborem prądu” urządzenia wyrażonego w kilowatach [kW].

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

$P = [P_{\min}/P_o] \times 100 \times 10\%$, gdzie:

P – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „pobór prądu”

P_{min} – najniższy zaoferowany „maksymalny pobór prądu” urządzenia spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w kilowatach [kW])

P_o – „maksymalny pobór prądu” urządzenia z oferty rozpatrywanej (wyrażony w kilowatach [kW])

Wyniki z powyższych równań będą uwzględniane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: $O = C + G + P$ zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku ofert o takiej samej liczbie punktów, wybrana zostanie oferta z wyższą liczbą punktów wg kryterium „pobór prądu”.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty

8.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru „Formularza Oferty” (załącznik nr 1)

8.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim.

8.4. Dokumenty przekazywane drogą e-mail należy podpisać przez upoważnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy osobę (osoby), zeskanować i przesłać jako załączniki.

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badań i Rozwoju
KIEROWNIK

Strona 6 z 20

www.greinplast.pl



- 8.5. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR), gdzie:
- Cenę należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie opłaty licencyjne na rzecz osób trzecich, koszty opakowania, bezpiecznego transportu, dokumentacji, testów, instalacji i uruchomienia, gwarancji, oraz inne koszty), opłaty i zgłoszenia celne, cło o ile dotyczy, oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
 - W przypadku podania ceny w Euro (EUR) Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokonana przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania zapytania ofertowego.
 - W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8.6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i łączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 8.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 8.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to powinno być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 8.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8.11. Termin związania ofertą wynosi **90 dni**, licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu składania ofert (pkt.9.1)

9. Miejsce i termin składania

- 9.1. Ofertę należy dostarczyć **do dnia 20.05.2019r.** do siedziby Zamawiającego na adres podany w pkt.1, kurierem, pocztą lub osobiście **do godz. 15.00** lub przesłać mailem na adres: dotacja2017@greinplast.pl
- 9.2. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
- 9.3. Oferta powinna zawierać dopisek: **„Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/28 z dnia 16.04.2019”.**
- 9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacje o wyborze oferty

- 10.1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję w składzie jak w pkt. 6.4.
- 10.2. Po rozpatrzeniu przedłożonych ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie mailowo lub listownie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
- 10.3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 10.2. Zamawiający umieści na stronach internetowych, na których opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11. Informacje dodatkowe

- 11.1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Rogorzelec
Dział Badań i Rozwoju
Kierownik



- 11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesyłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
- 11.4. Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na ocenę oferty.
- 11.5. Do udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę związanej z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienia.
- 11.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 11.7. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie się uchylać w wyznaczonym terminie od przedstawienia zaświadczeń i/lub oświadczeń (pkt. 4.2) lub jeśli z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż Wykonawca nie spełnia stawianych powyżej warunków, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę na każdym etapie postępowania. Jeśli odrzucenie następuje po wyborze oferty ww. Wykonawcy, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert wskazanych w protokole wyboru oferenta, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- 12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą.
- 12.2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w oparciu o wzór (Załącznik nr 4) stanowiący integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.
- 12.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zawartej umowie w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach wskazanych we wzorze Umowy (Załącznik nr 4, §7 ust. 3).

ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREINPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne;

§2

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr ZO/2019/28.

§3

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest GREINPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne

§4

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 tj. przez okres 5 lat od zakończenia projektu czyli do końca 2024 roku, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§5



Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§6

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§7

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§8

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RDO.


 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

2019-04-16

.....
Data

 Sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK



.....
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Załącznik nr 1 do ZO/2019/28

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

e-mail: dotacja2017@greinplast.pl

NIP: 813-32-25-363

Regon: 691552684

KRS: 0000014276

Nazwa (Firma) Wykonawcy – *

Adres siedziby – *

Adres do korespondencji – *

Tel. - *; fax - *

E-mail: *

NIP - *; REGON - *

Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr ZO/2019/28 i specyfikacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy do zakładu Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla GREINPLAST Sp. z o.o., z siedzibą Krasne 512B, 36-007 Krasne:

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia

za łączną kwotę netto (PLN/EUR) *

plus należny podatek VAT w wysokości % *

co daje kwotę brutto (PLN/EUR) *

(słownie : (PLN/EUR) *)

2) oświadczamy, iż oferujemy urządzenie:

..... *
(oznaczenie – nazwa własna, typ lub rodzaj lub model lub symbol itp., producent),

3) oferujemy termin realizacji zamówienia do * **dni kalendarzowych**, liczony od dnia od udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy,



- 4) oferujemy warunki płatności:
- a) I płatność - * % (nie więcej niż 40%) wartości całego zamówienia, po podpisaniu umowy, z terminem płatności * dni (nie krócej niż 14 dni) liczony od dnia doręczenia faktury
 - b) II płatność - * % (płatność końcowa nie mniej niż 60%) wartości całego zamówienia— potwierdzone protokołem odbioru bez zastrzeżeń, z terminem płatności * dni (nie krócej niż 14 dni) liczony od dnia doręczenia faktury.
- 5) oferujemy okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszący do * dni kalendarzowych, od daty podpisania protokołu odbioru
- 6) oferujemy urządzenie o maksymalnym poborze prądu * kilowat [kW]
- 7) oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz że zapoznaliśmy się Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz zawartym w niej wzorem umowy,
- 8) oświadczamy, że nie zalegamy z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
- 9) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, tj. **90 dni** licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu składania ofert.
- 10) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, na potwierdzenie czego załączamy opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami w Zapytaniu Ofertowym.

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*** - Miejsca wykropkowane i oznaczone „*” należy odpowiednio wypełnić**

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

.....
mgr inż. Paweł Pogorzały
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Strona 11 z 20

www.greinplast.pl

Załącznik nr 2 do ZO/2019/28

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.)

oferuję:

Wymagane urządzenie i jego specyfikacja:	Wymaganie spełnione (TAK/NIE)*	Uwagi
1) Konstrukcja i wyposażenie komory klimatycznej		
1.1) Komora badawcza, w której można prowadzić badania co najmniej na jednej ścianie badawczej o wymiarach: szerokość 3 000 mm x wysokość 2 000 mm (wymiar badanej powierzchni)		
1.2) Obudowa komory wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PU minimum 100mm		
1.3) Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej.		
1.4) Urządzenie posadowione na ramie nierdzewnej.		
1.5) Wnętrze komory z oświetleniem.		
1.6) Zapewniony odpływ wody po zraszaniu i kondensacji do zbiornika buforowego.		
1.7) Dostęp do przestrzeni badawczej przez drzwi wyposażone w uszczelkę.		
1.8) Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych.		
1.9) System montażu ram z próbkami do komory badawczej zapewniający szczelne połączenie z komorą.		
1.10) Uszczelki zabezpieczone przed przymarzaniem.		
1.11) Przepust w ścianie do celów metrologicznych.		
1.12) Czujniki temperaturowe – 6 szt. i czujnik wilgotnościowy – 1 szt.		
1.13) Nierdzewny zbiornik buforowy na wodę, obieg wody zamknięty z automatycznym dolewaniem w razie potrzeby.		
1.14) System natryskowy wykonany ze materiałów nierdzewnych z zabezpieczeniem przed zamarzaniem.		
1.15) System deszczowni wyposażony w minimum w trzy filtry:		

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

mgr inż. Paweł Pogorzałek
Dział Badawczy i Rozwojowy
Strona 12 z 20
www.greinplast.pl



– filtr do wyeliminowania z wody drobin zanieczyszczeń typu piasek, muł, rdza, szlam		
– filtr do odżelaziania, odmanganiania i redukcji siarkowodoru		
– filtr zmiękczający wodę - eliminujący z wody wapń.		
1.16) Agregat chłodniczy zainstalowany na zewnątrz. (odległość do najbliższej ściany ok. 11m, wysokość hali ok. 7m)		
2) Warunki wykonywania badań		
Komora ma zapewnić wykonywanie badań co najmniej zgodnie z warunkami określonymi w ETAG 004 (ETAG 004:2013, pkt. 5.1.3.2.1):		
2.1) Możliwość realizacji badania w naprzemiennych trybach		
2.1.1) Temperaturowym: zakres temperatury co najmniej od -20 do +70°C, praca w cyklach		Należy podać zakres temperatury
2.1.2) Klimatycznym: zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 % do 90 % R.H., w zakresie temperatur co najmniej +10 °C do +70 °C, w zakresie temperatur punktu rosy co najmniej +5°C do +67°C.		Należy podać zakres wilgotności
2.1.3) Szybkość zmian temperatury oraz utrzymania wilgotności względnej		
2.1.3.1) nagrzewanie od +15 °C do +70 °C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 70 °C oraz wilgotności względnej od 10 do 30 % przez 2 h.		
2.1.3.2) nagrzewanie od - 20 °C do +50 °C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 50 °C oraz wilgotności względnej max. 30 % przez 7 h.		
2.1.3.3) chłodzenie od +50 °C do -20 °C w ciągu 2 h i utrzymanie temp. -20 °C przez 14 h		
2.2) Zraszanie wodą powinno zapewniać przepływ wody przez dysze w ilości 1 l/m ² min z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem.		
2.3) Temperatura wody do zraszania od minimum +10°C do przynajmniej +20°C.		
3) Parametry utrzymania warunków klimatycznych		
3.1) Stabilność utrzymania temperatury w czasie ± 5°C		
3.2) Pomiar temperatury z rozdzielczością ≤ 1°C		
3.3) Stabilność utrzymania wilgotności w czasie ± 5%		
3.4) Pomiar wilgotności z rozdzielczością ≤ 1%		
4) Automatyka sterująca		
4.1) Możliwość zaprogramowania cykli grzania i chłodzenia powiązanych z wilgotnością w ramach parametrów komory, możliwość ustawiania ilości cykli;		
4.2) Rejestracja ilości wykonanych cykli badawczych (z pamięcią w momencie zaniku zasilania);		

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

4.3)	Rejestracja zmian temperatury w czasie (zapis elektroniczny z możliwością wykonania wykresu);		
4.4)	Sterowanie ręczne i automatyczne – badanie bez konieczności sprawowania ciągłego nadzoru;		
4.5)	Nadzorowanie warunków jej pracy,		
4.6)	Dokumentowanie parametrów badania,		
4.7)	Stacja robocza ze złączem komputerowym umożliwiającym zapis danych		
5)	Ramiaki pod instalację ściany badawczej		
5.1)	Ramiaki ze stalowym stelażem przygotowane pod instalację ściany badawczej (ściana badawcza, będzie wykonana z ceramicznych materiałów budowlanych umożliwiających montaż różnego rodzaju systemów ociepleń i wypełniających ramy stalowego stelaża) - 3 szt.		
5.2)	Ramiaki wyposażone w koła jezdne i chwytaki umożliwiające przetaczanie ścian badawczych z zainstalowanym ociepleniem do komory badawczej i jej przewożenie z wykorzystaniem wózków widłowych.		
5.3)	Konstrukcja ramiaków powinna zabezpieczać zamontowany materiał ceramiczny przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu w komorze.		
6)	Warunki odbioru		
6.1)	Wdrożenie pracowników do obsługi urządzenia.		
6.2)	Wymagana prawem dokumentacja potwierdzająca możliwość użytkowania komory.		
6.3)	Świadectwa wzorcowania: czujnika temperatury w komorze, czujnika temperatury wody, czujnika wilgotności powietrza w komorze, czujnika przepływu wody.		
6.4)	Dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca schematy mechaniczne, elektryczne i specyfikacje materiałowe, instrukcję obsługi i BHP w języku polskim,		
7)	Gwarancja, serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne		
7.1)	Gwarancja i serwis gwarancyjny W ramach oferty należy zapewnić gwarancję na dostarczone urządzenie wraz z akcesoriami na okres nie krótszy niż 365 dni kalendarzowych w zakresie obejmującym pełne koszty związane z usunięciem usterki. Okres gwarancji tożsamy z okresem rękojmi. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą oficjalną (poczta tradycyjna bądź elektroniczna). Po uprzednim uzasadnieniu przez Wykonawcę termin usunięcia usterki może ulec wydłużeniu.		
7.2)	Wsparcie techniczne Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie rozwiązywania problemów związanych z: • obsługą urządzenia i akcesoriów • obsługą i działaniem oprogramowania sterującego.		



Wsparcie techniczne realizowane w okresie równym 365 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i liczone od momentu zakończenia instalacji, uruchomienia urządzenia i wdrożenia pracowników Zamawiającego do obsługi.		
Realizacja wsparcia technicznego obejmuje: • konsultacje z Wykonawcą realizowane drogą online lub telefonicznie, • wizyty odpowiedniego technika w Zakładzie Zamawiającego na miejscu montażu urządzenia w przypadku, gdy problem techniczny dotyczący obsługi urządzenia, akcesoriów lub oprogramowania będzie tego wymagać, • Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wykonanych ze strony Wykonawcy czynności, • wskazane, aby wsparcie techniczne dostępne było w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00 • gotowość do rozwiązywania problemów z obsługą drogą online lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności przyjazdu technika ustalenie harmonogramu wizyty w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego, • minimum 40 roboczogodzin wsparcia technicznego		<i>Podać liczbę oferowanych roboczogodzin wsparcia technicznego</i>

* - odpowiednio wypełnić

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badań i Rozwoju
KIEROWNIK

Załącznik nr 3 do ZO/2019/28

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2019/28 z dnia 16.04.2019r., w celu uniknięcia konfliktu interesów **oświadczam(y)**, iż nie mam(y) powiązań osobowych, ani powiązań kapitałowych z Zamawiającym, tj. GREINPLAST Sp. z o.o., z siedzibą Krasne 512B, 36-007 Krasne, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

GREINPLAST SP. Z O.O.
Krasne 512B | 36-007 Krasne
Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590
Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550
greinplast@greinplast.pl

KRS 0000014276, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 3 808 500,00zł

NIP 813-32-25-363 | REGON 691552684

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Pogorzały
Dział Badawczo-Rozwojowy
Rzeszów



Załącznik nr 4 do ZO/2019/28

UMOWA

zawarta w dniu [-----] 20[--] r. w (miejscowość) pomiędzy:

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014276, REGON: 691552684, NIP: 813-32-25-363, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy jako **Zamawiający**

a

....., z siedzibą w miejscowości, (ul. adres), (kod miejscowość), wpisaną do (KRS/CEIDG/...), REGON:, NIP:, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

zawarto następującej treści umowy

§ 1

- Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na warunkach wyszczególnionych poniżej urządzenie pn. **„Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.)**, szczegółowo opisaną w zapytaniu ofertowym nr ZO/2019/28 z dnia 16.04.2019r. oraz ofercie Wykonawcy z dnia [-----] 20[--] r. stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy jako przedmiot umowy lub urządzenie.
- Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 oraz być w pełni zgodny z zapisami oferty Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do dnia [-----] 20[--] r.
- Strony zgodnie ustalają, iż miejscem dostawy jest **Krasne 512B, 36-007 Krasne**.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać do eksploatacji przedmiot umowy wymieniony w § 1 na własny koszt i ryzyko.
- Odbiór techniczny nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
- Protokół Odbioru, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczony produkt odpowiada wymogom umowy, jest sprawny i wolny od wad. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaze Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień.
- Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Dostawy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 3.

§ 4

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie, tj. kwotę [-----] PLN/EUR netto.

GREINPLAST SP. Z O.O.

Krasne 512B | 36-007 Krasne

Sekretariat: tel.: 17 77 13 501 | fax: 17 77 13 590

Dział sprzedaży: tel.: 17 77 13 555 | fax: 17 77 13 550

greinplast@greinplast.pl

GREINPLAST Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Porzeczek
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie uiszczona w następujący sposób:
- a) [-----] % kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. kwotę [-----] PLN/EUR netto Zamawiający zapłaci w terminie [-----] dni od dnia doręczenia faktury.
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę (fakturę zaliczkową) po podpisaniu umowy.
 - b) [-----] % kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. kwotę [-----] PLN/EUR netto Zamawiający zapłaci w terminie [-----] dni od dnia doręczenia faktury.
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę (fakturę końcową) po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru, bez zastrzeżeń.

Do kwot o których mowach w ust. 1 i 2 należy odpowiednio doliczyć stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Płatności za przedmiot zamówienia będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu [----] dni kalendarzowych gwarancji na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, poświadczonego Protokołem Odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
3. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych. Gwarancja obejmuje głównie wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w terminie do [----] dni.
4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
5. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z wymianą (tj. między innymi, demontaż, montaż, transport, wymiana) ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 6

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- 1) opóźnień w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2 ust. 1,
 - 2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **30 %** wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1,
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, w wysokości **30 %** wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
3. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w notie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wystawienia.



4. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Strony postanawiają, iż odstąpienie od umowy nie pozbawia prawa domagania się zapłaty kar umownych, a obok kar umownych można dochodzić naprawienia szkody na warunkach ogólnych.
6. Prawo do odstąpienia od umowy, przysługuje do 30 dni od daty pozyskania przez stronę informacji skutkujących prawem do odstąpienia.

§ 7

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej umowie.
3. Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
 - a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 - b) w zakresie wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
 - c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy,
 - d) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności:
 - wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm,
 - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez właściwe organy administracji publicznej, w szczególności w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
 - powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy,
 - w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym siłą wyższą są okoliczności niezależne od Wykonawcy i nad którymi nie ma on kontroli,
 - w przypadku konieczności wykonania niezbędnych ewentualnych prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy,
 - e) w przypadku, gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
 - możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

§ 8

1. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
2. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.



§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.).
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający