



Krasne, 22.07.2019 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr ZO/2019/27 „Spektrofotometr UV-VIS wraz z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.**

**Pytanie:**

**„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w oparciu o dwie lampy:**

- deuterową w zakresie 190-450 nm i
- halogenową w zakresie 320-1100 nm? ”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w oparciu o dwie lampy. Istotne jest to, aby urządzenie zaopatrzone było w źródło promieniowania, wytwarzające światło w spektrum od co najmniej 200 do 1100 nm.

**Pytanie:**

**„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem - komputera PC, czy wyłącznie samego spektrometru?”**

**Odpowiedź:**

Należy zaoferować urządzenie wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, zapewniającymi bezpośrednie i prawidłowe korzystanie ze sprzętu. Jeżeli oferowany spektrofotometr będzie mógł pracować niezależnie wówczas nie ma konieczności dostarczenia komputera, w przeciwnym wypadku komputer należy potraktować jako niezbędne akcesorium.